



**UNITA' SANITARIA LOCALE  
PESCARA**

---

**U.O.C. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI**

Il giorno 11 FEB. 2020 nella sede della U.S.L. di Pescara, la Dott.ssa **Tiziana Petrella**,  
Direttore della U.O.C., nominata con Delibera del Direttore Generale n° 850 del 2 Agosto 2018,  
nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente:

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52/A.B.S.**

**OGGETTO: VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA DELLA DITTA GE  
HEALTHCARE , AVENTE AD OGGETTO LA SOSTITUZIONE DELL'INIETTORE MARCA MEDRAD , MODELLO  
AVANTA , CON UN NUOVO INIETTORE ACIST.**

**Premesso che:**

- con Deliberazione n. 816 del 27.06.2019 è stato aggiudicato il lotto 1 della procedura di gara indetta con Deliberazione n.309 dell'11.03.2019, alla Ditta GE Healthcare, per l'acquisizione del Sistema angiografico Optima Innova IGS 320 comprensivo di Iniettore Medrad Avanta per un valore complessivo pari ad € 316.000,00 ofe
- in data 4/10/2019 veniva sottoscritto o relativo contratto;

Preso atto delle considerazioni, di ordine clinico, subito formulate dagli utilizzatori denotanti controindicazioni all'utilizzo- per interventi di cardiologia interventistica - dell'iniettore Medrad, richiedendo, in sua sostituzione, un nuovo iniettore ACIST , come meglio descritto nella nota allegata;

Dato atto della disponibilità della Ditta GE Healthcare a sostituire, senza costi aggiuntivi, l'iniettore MEDRAD con il modello ACIST ;

Visto l'art.106 comma 1 lett. c) D. Lgs 50/2016

**DISPONE**

Per le ragioni esposte in premessa,

- di apportare una variante qualitativa al contratto stipulato con la Ditta della Ditta GE Healthcare , avente ad oggetto la sostituzione dell'iniettore marca Medrad , modello Avanta , con un nuovo iniettore ACIST;
- di dare atto che:
  - o l'efficacia della variante resta subordinata al positivo collaudo dell'iniettore ACIST,
  - o dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun costo

  
**Il Direttore della UOC AB  
Tiziana Petrella**



Al Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

Responsabile UOC Dott. Tiziana Petrella

Oggetto: Iniettore per mezzo di contrasto in ambiente di angiografia

Dopo circa 60 giorni di utilizzo del Sistema Medrad Avanta (Bayer) come iniettore per erogare mezzo di contrasto e agenti di lavaggio comuni a vari volumi e livelli di flusso nell'ambito delle nostre procedure angiografiche diagnostiche e interventistiche (per un totale di circa 250 procedure elettive e in urgenza/emergenza), abbiamo riscontrato delle criticità durante l'utilizzo:

1. Rigidità del sistema che rende più difficoltosa la manovrabilità dei cateteri diagnostici e dei cateteri guida, che come conseguenza porta ad un aumento dei tempi necessari alla incannulazione delle arterie coronarie e ad una maggiore esposizione ai Raggi X per il paziente e per l'operatore; Inoltre la difficoltosa manovrabilità potrebbe favorire l'insorgenza di complicanze vascolari (coronariche);
2. Il Sistema Medrad è dotato inoltre di un sistema di tubazione più lungo e con maggiori connessioni, che rende più probabile la formazione di bolle d'aria nel circuito; La eventuale iniezione in coronaria di bolle d'aria potrebbe causare conseguenze di grave rischio per il paziente, favorendo una ostruzione temporanea o persistente del flusso sanguigno;
3. Il sistema richiede inoltre un lungo tempo di preparazione, che ritarda notevolmente l'inizio delle procedure anche in considerazione del fatto che nelle nostre sale angiografiche non è prevista la presenza di tecnici di radiologia;

Alla luce di queste criticità chiediamo con urgenza la possibilità di introdurre un diverso sistema di iniezione del mezzo di contrasto più adatto alle nostre quotidiane esigenze;

Cordiali saluti

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Il Direttore  
Leonardo Paloscia

I medici  
Massimo Di Marco  
Marco Mascellanti  
Tommaso Civitarese  
Daniele Forlani



GE Healthcare

Via Galeno 36  
20126 Milano  
Italia

T +39 02 26001.003  
F +39 02 26001.413

Milano, 05 Febbraio 2020  
Ns. Rif. prot. n. 027/SV/mgr

**Spett.le**  
**AZIENDA USL PESCARA**  
**VIA R. Paolini 47**  
**65124 PESCARA**

**Alla c.a. della Dott.ssa**  
**Tiziana Petrella**

**OGGETTO :** Vostro ordine CS-2019-104 del 15/10/19 Delibera del Dir. Generale 816 del 27/06/19 (Lotto 1 ) fornitura Angiografo Optima IGS320 piu' Iniettore.  
Vostra PEC fdel 22/01/2020 – richiesta sostituzione iniettore angiografo

Spettabile Ente,

con riferimento alla Vostra PEC di cui all'oggetto, la presente per confermare che acconsentiamo alla sostituzione dell'iniettore Medrad con ACIST.

Cordiali saluti

**GE Medical Systems Italia S.p.A.**

**Simone Viscardi – Procuratore**

**ORIGINALE**

**U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Si attesta che la spesa va riferita alla voce di conto n. \_\_\_\_\_ dei Bilancio 2020, che alla data del presente provvedimento presenta sufficiente disponibilità

Il Dirigente Responsabile  
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
TIZIANA PETRELLA

Ogni determinazione è prodotta in duplice originale, di cui una viene archiviata presso l'Ufficio di adozione e l'altra inviata all'Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG.  
Una copia conforme viene inviata al Collegio Sindacale.

Va, altresì, inviata in copia conforme a:

Ufficio Organizzazione, programmazione ed AA.GG.	- OPA -
Ufficio Gestione del Patrimonio	- GPA -
Ufficio Trattamento Economico del Personale	- TEP -
Ufficio Gestione Risorse Umane	- GRU -
Ufficio Gestione Economico-Finanziaria	- GEF -
Ufficio Affari Legali ed Assicurazioni	- ALA -
Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria	- OIS -
Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	- PPS -
Ufficio del Dipartimento di Prevenzione	- DIP -
Ufficio del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali	- DSA -
Dipartimento di Salute Mentale	- DSM -
Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione	- PMP -
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara	- PEA -
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara	- PES -
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne	- PNA -
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne	- PNS -
Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli	- POA -
Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli	- POS -
Farmacia P.O. - Pescara -	
Farmacia P.O. - Penne -	
Farmacia P.O. - Popoli	
Direzione Strategica	
Collegio Sindacale	

AFFISSIONE ATTI A RILEVANZA ESTERNA

SI NO

Publicato all'albo dell'Azienda per dieci giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_

Il Dirigente Responsabile  
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
TIZIANA PETRELLA