



www.ausl.pe.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE  
- P E S C A R A -**

**ORIGINALE**

**U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

Il giorno **21/05/2020** nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione n. 990 del 20 settembre 2018, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione ha adottato la seguente:

**DETERMINA N. 446**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE CONSUNTIVO INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE PORTA BUNKER COMECER SPM S/N "0001SSN" PRESSO RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA AFFIDATO ALLA DITTA ELSE SOLUTION SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.

a) del D.Lgs. n. 50/2016.

C. I. G. Z362D0D0F8

## **IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

- Visto il D. Lgs 50/2016;
- Vista la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;
- Visto l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Visto il D.Lgs n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Viste le linee Guida n. 4 ANAC;

### **P R E M E S S O   C H E:**

Il Coordinatore TSRM della UOC di Medicina Nucleare con email del 23/04/2020 ha richiesto un intervento tecnico urgente per il ripristino del funzionamento della porta schermata del bunker n.1 in cui è installato l'acceleratore lineare Siemens presso i locali di Radioterapia, precisando che a seguito di tale guasto è stato necessario interrompere il trattamento dei pazienti in cura, in attesa della riparazione.

Ritenuto pertanto necessario e urgente procedere al ripristino del funzionamento della porta schermata in oggetto, per motivi di operatività e sicurezza, in considerazione della particolare tipologia dell'attività assistenziale svolta presso la U.O. interessata;

Autorizzata nella medesima data del 23/04/2020, la Ditta ELSE Solutions Srl ad intervenire per la riparazione del guasto segnalato, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Verbale di intervento tecnico Prot 27-20-EB del 24/04/2020 relativo al sopralluogo di verifica del guasto, nel quale si è riscontrata la necessità di sostituire l'inverter del motore di alimentazione del movimento della porta;

Visto il Verbale di intervento tecnico Prot 29-20-EB del 27/04/2020 relativo all'intervento di riparazione del guasto, per la sostituzione dell'inverter del motore, controllo, taratura e test funzionamento;

Preso atto che i citati verbali di intervento sono controfirmati dal medesimo Coordinatore TSRM della UOC di Medicina Nucleare Dr. Antonio Biagio Maiorano, che ne ha attestato la regolare esecuzione;

Visto ed approvato il consuntivo n. 2000620/DC/BB del 30/04/2020 pari a complessivi € 6.230,00+IVA (tariffe basate su tabelle ANIE 2020), presentato dalla Ditta ELSE Solutions Srl per i due interventi di sopralluogo e riparazione, sul quale è applicato uno sconto che ne riconduce il prezzo a 5.295,00+IVA;

## **DETERMINA**

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della necessità di ripristinare il funzionamento della porta schermata del bunker n.1 in cui è installato l'acceleratore lineare Siemens presso i locali di Radioterapia del P.O. di Pescara per motivi di operatività e sicurezza della U.O.C. interessata, in considerazione della particolare tipologia attività assistenziale ivi svolta;
- 3) **DI DARE ATTO** dell'affidamento di tale intervento alla Ditta ELSE Solutions Srl di Trezzano sul Naviglio (MI) - P.IVA IT12384150152 - ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) **DI APPROVARE** il consuntivo n. 2000620/DC/BB del 30/04/2020 pari ad € 6.230,00+IVA presentato dalla Ditta ELSE Solutions Srl per tale riparazione, sul quale è applicato uno sconto che ne riconduce il prezzo a 5.295,00+IVA;
- 5) **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita presso gli Uffici dei Servizi Tecnici Manutentivi dell'Azienda USL di Pescara;
- 6) **DI REGISTRARE** la somma di € 6.460,00 **comprensiva di IVA**, relativa a detto intervento, alla Voce di Conto n. 0703010101 della contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2020;
- 7) **DI DARE ATTO** che non sono dovuti contributi all'ex Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, ora A.N.A.C. (vedi FAQ su tracciabilità flussi finanziari sul sito A.V.C.P.);
- 8) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito [www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it) link "Amministrazione trasparente" -settore 11 - bandi di gara e contratti- , ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
- 9) **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

SL

**Il Funzionario estensore**  
**F.to Coll. Amm. Stefania LOMBARDI**

**IL DIRETTORE**  
**Ing. Antonio BUSICH**



---

La presente determina è inviata in copia conforme a:

- |  |         |
|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamenti beni e servizi;                  | - ABS - |
| <input type="checkbox"/> - Servizio Tecnico Patrimoniale;                              | - STP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale;                | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane;                             | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Gestione Economico-Finanziaria;            | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicurazione.;                    | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Aggiornamento e Formazione;                         | - AFO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato;  | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Relazioni con il Pubblico;                          | - URP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico - Sanitaria;                | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica;                          | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna;         | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali;  | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale;                             | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione;                  | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Pescara;   | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Pescara;        | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Penne;     | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Penne;          | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Popoli;    | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Popoli;         | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Servizio Tossicodipendenze;                                 | - SRT - |
| <input type="checkbox"/> - Servizio Alcologia;   | - ALC - |
| <input type="checkbox"/> - Nucleo Interno di Valutazione;                              | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica;                                       |         |
| <input type="checkbox"/> - Collegio Sindacale  |         |
-